



Råd och riktlinjer till förskrivare kring positioneringsbälte, bröstsele och vristselar/fotremmar på manuell- och elrullrullstol

En helhetsbedömning av sittandet bör alltid ligga till grund för utprovning av bälten, selar och vristselar/fotremmar.

- Vid användning av tillbehör till rullstol såsom positioneringsbälte, bröstsele och/eller vristselar/fotremmar ska förskrivaren alltid göra en riskanalys och beakta samtycke från brukaren.
- Bröstsele och vristselar/fotremmar rekommenderas alltid att användas i kombination med positioneringsbälte för att minimera risk att brukaren kan glida ur stolen och/eller skadas av tillbehören.
- Betänk även att ryggvinklingsfunktionen på rullstolen påverkar sittpositionen.

Innan förskrivning av tillbehör såsom positioneringsbälte, bröstsele och/eller vristselar/fotremmar undersök/bedöm alltid:

- Bäckens position – fixerat/korrigerbart?
- Höftrörlighet – fixerat/korrigerbart?
- Finns asymmetrier – kyfos/lordos, skolios? Fixerat/korrigerbart?
- I vilken utsträckning behövs stöd för bröst/axelpartier? Ryggdynans form, bålstöd, bröstsele?
- Hur förändras kroppens position under dagen?
- Är brukaren tryckkänslig?
- Har brukaren/nätverket tillräcklig information för att kunna använda tillbehören korrekt?
- Vilken typ av positioneringsbälte är aktuell?
- Vilken typ av bröstsele är aktuell?
- Vilken typ av vristselar/fotremmar är aktuella?
- I vilka aktiviteter skall tillbehöret användas och hur?

Montering:

- Förskrivaren ansvarar alltid för placering av fästen samt vilken dragriktning bälte/sele skall ha.
- Om det finns kombinationsavtal mellan leverantör av rullstol och aktuellt tillbehör såsom positioneringsbälte, bröstsele eller vristsele/fotremmar så kan bälten och selar monteras utan anvisning om specialanpassning.
- Saknas kombinationsavtal mellan leverantör av rullstol och aktuellt tillbehör såsom positioneringsbälte, bröstsele eller vristsele/fotremmar krävs anvisning om specialanpassning från förskrivare till tekniker.

- Arbetsorder från förskrivare till tekniker gällande montering kan göras i de fall kombinationsavtal eller anvisning om specialanpassning finns. Montering sker i sådana fall på Sodexo av anpassningstekniker efter direktiv från förskrivaren och under dennes fysiska närvaro.
- Om tekniker vid monteringstillfället bedömer att kompletterande bedömning/åtgärd gällande sittandet behövs ombeds förskrivaren skicka in en konsultation.
- Utetekniker lagar/byter endast trasiga bältesfästen. Förskrivare ansvarar för återmontering/justering av positioneringsbälte/bröstsele/ vristselar/fotremmar.